



# EU-Baumusterprüfbescheinigung

*EU Type-examination Certificate*

**Ausgestellt für:**

*Issued to:*

EasyMeter GmbH  
Piderits Bleiche 9  
33689 Bielefeld

**gemäß:**

*In accordance with:*

Anhang II Modul B der Richtlinie 2014/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt.

*Annex II Module B of the Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments.*

**Geräteart:**

*Type of instrument:*

Elektrizitätszähler für Wirkverbrauch *Active electrical energy meter*

**Typbezeichnung:**

*Type designation:*

Q3D...

**Nr. der Bescheinigung:**

*Certificate No.:*

DE-08-MI003-PTB012, Revision 8

**Gültig bis:**

*Valid until:*

15.12.2024

**Anzahl der Seiten:**

*Number of pages:*

24

**Geschäftszeichen:**

*Reference No.:*

PTB-2.3-4080792

**Notifizierte Stelle:**

*Notified Body:*

0102

**Zertifizierung:**

*Certification:*

Braunschweig, 20.06.2016

**Bewertung:**

*Evaluation:*

**Im Auftrag**

*On behalf of PTB*

**Siegel**

*Seal*

**Im Auftrag**

*On behalf of PTB*

*Dr. Martin Kahmann*

*Kai-Uwe Sabo*

## Zertifikatsgeschichte

Zertifikats-Ausgabe	Datum	Änderungen
DE-08-MI003-PTB012, Bek. Nr. 5222	20.06.2016	8. Revision: - ergänzende Zählerausführung Q3D ohne Buchsen für die Versorgung von Zusatzeinrichtungen
DE-08-MI003-PTB012, Bek. Nr.: 5188	18.12.2013	7. Revision: - Hardwareänderung
DE-08-MI003-PTB012, Bek. Nr.: 5174	13.11.2012	6. Revision: - Erweiterung: Temperaturbereich 3k7
DE-08-MI003-PTB012, Bek. Nr.: 5166	23.10.2012	5. Revision: - Hard- & Softwareänderung
DE-08-MI003-PTB012, Bek. Nr.: 5147	26.09.2011	4. Revision: - Erweiterung: 2L Betrieb / L3 - Änderung im Bereich der Sicherungsmaßnahmen
DE-08-MI003-PTB012, Bek. Nr.: 5112	27.04.2010	3. Revision: - neue Softwareversion 3.03 - dadurch 3 neue Zählertypen - Ersatz 80A-Zähler durch 60A-Typ mit großen Klemmen - Entfall der Impulsdiode infrarot
DE-08-MI003-PTB012, Bek. Nr.: 5086	30.06.2009	2. Revision - neues Leiterplattendesign - neue Softwareversion - Modifikation Klemmenblock
DE-08-MI003-PTB012, Bek. Nr.: 5074	08.04.2009	1. Revision - neue Firmware-Version 3.00 - veränderte Leiterplattendesign der Anzeigeplatine „Control Board“
DE-08-MI003-PTB012, Bek. Nr.: 5056	10.12.2008	Erstbescheinigung

Diese Revision 8 ersetzt die Revision 7 der Bescheinigung Nr. DE-08-MI003-PTB012, Geschäftszeichen PTB-2.3-4067141.

## Ergebnisse der Prüfung

Für die in dieser Bescheinigung genannten Geräte gelten die folgenden wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt (ABl. L 96 S. 107), zuletzt geändert durch Berichtigung vom 20.01.2016 (ABl. L 13 S. 57):

- Anhang I „Wesentliche Anforderungen“
- Anhang V (MI-003) "Elektrizitätszähler für Wirkverbrauch",

in Verbindung mit § 6 des Mess- und Eichgesetzes vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2722) und § 8 der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBl. I S. 2010).